

PROVIZIO® SEM SCANNER

GATEWAY

MANUAL DE USUARIO

Índice

<u>1. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD</u>	<u>3</u>
1.1 ADVERTENCIAS	3
1.2 PRECAUCIONES	4
<u>2. GENERAL</u>	<u>5</u>
2.1 FINALIDAD	5
2.2 REQUISITOS	5
2.3 NOMENCLATURA	5
2.4 INDICACIONES DE USO	5
2.5 CONTRAINDICACIONES	5
2.6 PERFIL DEL USUARIO	5
2.7 EFECTOS ADVERSOS	5
2.8 GARANTÍA Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD	5
2.9 TABLA DE SÍMBOLOS	7
<u>3. INICIO DE SESIÓN</u>	<u>8</u>
3.1 INTRODUCCIÓN DE CREDENCIALES	8
3.2 SELECCIÓN DE IDIOMA	8
<u>4. ROL CLÍNICO</u>	<u>9</u>
4.1 LISTA DE PACIENTES	9
4.2 INFORME DE PACIENTES	10
4.3 EXPORTAR DATOS	11
4.4 EDICIÓN DEL NOMBRE DEL PACIENTE (FUNCIÓN CONFIGURABLE)	12
<u>5. ROL DE ADMINISTRADOR</u>	<u>14</u>
5.1 PANEL	15
5.2 OPCIÓN DE EMPRESA (INSTALACIONES)	15
5.3 ASIGNACIÓN DE LDAP	18
5.4 ASIGNACIÓN DE DATOS	18
5.5 ESTADO DEL DISPOSITIVO	19
5.6 CONFIGURACIÓN	21
5.7 CONFIGURACIÓN	22
5.8 EXPORTAR DATOS	22
5.9 MIRTH (INTERFAZ HL7)	24
<u>6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS</u>	<u>26</u>

1. Advertencias y precauciones de seguridad

Los dispositivos SEM Scanner y Provizio SEM Scanner S se han diseñado y fabricado de conformidad con las directivas europeas sobre dispositivos médicos y las normativas y requisitos aplicables en Estados Unidos, además de las normas internacionales para el funcionamiento de equipos eléctricos, compatibilidad electromagnética y requisitos de seguridad estipulados.

Sin embargo, el uso o la manipulación inadecuada pueden causar daños o lesiones. A fin de evitar daños en el equipo, lea cuidadosamente estas instrucciones de funcionamiento antes de usar el sistema Provizio SEM Scanner. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro. Siga las instrucciones a continuación para garantizar que el sistema funcione de manera segura y sin inconvenientes.

Rx ONLY

Precaución: Conforme la legislación federal (Estados Unidos), la venta de este dispositivo solo está permitida a petición de un médico u otro profesional de la salud acreditado.



1.1 Advertencias

ADVERTENCIA: Se debe seguir el estándar de cuidados para reducir el riesgo de desarrollar úlceras por presión. Las lecturas de los Provizio SEM Scanner pueden utilizarse como apoyo a una mayor intervención, pero nunca deben considerarse como fundamento para disminuir la intervención.

ADVERTENCIA: Este dispositivo no está diseñado para detectar o diagnosticar úlceras por presión.

ADVERTENCIA: No utilice los Provizio SEM Scanner sobre piel lesionada o en mal estado.

ADVERTENCIA: Solo se debe utilizar con los componentes del sistema Provizio SEM Scanner.

ADVERTENCIA: A fin de evitar el contagio de infecciones, limpie y desinfecte correctamente los Provizio SEM Scanner según el manual de usuario de Provizio SEM Scanner.

ADVERTENCIA: Para evitar la contaminación cruzada de los pacientes, utilice un sensor nuevo de un solo uso sin abrir por paciente y por sesión. Se pueden explorar varias ubicaciones anatómicas con un solo sensor y en una sola sesión, pero debe utilizarse un sensor nuevo en cada sesión nueva. Una sesión puede definirse como escaneo del sacro, el talón izquierdo y el talón derecho del mismo paciente.

ADVERTENCIA: No intente limpiar ni desinfectar un sensor de un solo uso contaminado.

ADVERTENCIA: Si el dispositivo entra en contacto con superficies contaminadas (por ejemplo, si cae al suelo), se debe limpiar y desinfectar antes de tomar la lectura de otro paciente.

ADVERTENCIA: No intente desarmar ni modificar el Provizio SEM Scanner ya que podría generar situaciones de peligro no previstas. Solo el fabricante (Bruin Biometrics) o un centro de servicio autorizado por Bruin Biometrics deben reparar el sistema Provizio SEM Scanner. Si tiene un dispositivo que no funciona correctamente, póngase en contacto con su especialista del producto o con el representante del Servicio de Atención al Cliente.

ADVERTENCIA: Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, este equipo solo se debe conectar a una fuente de alimentación con conexión de puesta a tierra de protección.

ADVERTENCIA: Para evitar el riesgo de explosión, no debe utilizar Provizio SEM Scanner en presencia de agentes anestésicos inflamables.

ADVERTENCIA: Provizio SEM Scanner S no funcionará correctamente si no se instala previamente un cabezal de sensor de un solo uso.

ADVERTENCIA: Asegúrese de que no haya material extraño en la ranura del centro de carga antes de colocar el dispositivo en el centro de carga.

1.2 Precauciones

PRECAUCIÓN: Antes de cada uso, examine el Provizio SEM Scanner a fin de verificar que no tiene daños ni bordes afilados. Si detecta daños o bordes afilados, póngase en contacto con su especialista del producto o con el servicio de atención al Cliente. No intente utilizar el dispositivo.

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado a la fuente de alimentación principal y que el dispositivo esté completamente cargado antes de su uso.

PRECAUCIÓN: No sumerja el Provizio SEM Scanner. La inmersión puede dañar el dispositivo y evitar que funcione correctamente.

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que el conector del sensor está completamente seco antes de conectar un sensor de un solo uso al dispositivo.

2. General

2.1 Finalidad

Este documento describe cómo conectarse a la aplicación Gateway que está instalada en una institución y guía al usuario a través de las diferentes pantallas.

2.2 Requisitos

La máquina virtual (MV) del servidor web de Bruin Biometrics.

2.3 Nomenclatura

Máquina virtual: La MV del servidor web e Bruin Biometrics que está instalada en el servidor proporcionado por la instalación y ofrece un entorno de trabajo para la aplicación web de Bruin Biometrics.

Las úlceras por presión también se denominan lesiones por presión, úlceras de decúbito, escaras o escaras por presión.

2.4 Indicaciones de uso

El Provizio SEM Scanner y el Provizio SEM Scanner S están diseñados para utilizarse por parte de profesionales de la salud como un complemento al estándar de cuidados a la hora de evaluar los talones y el sacro de pacientes que tienen un mayor riesgo de úlceras por presión.

2.5 Contraindicaciones

No debe usarse en piel lesionada y solo debe usarse en población adulta.

2.6 Perfil del usuario

El sistema está diseñado para utilizarse por parte de profesionales de la salud.

2.7 Efectos adversos

No se conocen efectos adversos derivados del uso de Provizio SEM Scanner.

2.8 Garantía y descargo de responsabilidad

El objetivo de este manual es proporcionar instrucciones sobre el uso adecuado de Provizio SEM Scanner. A esto debe añadirse la formación adecuada.

Para solicitar reparación o reemplazo conforme a la garantía, los compradores deben ponerse en contacto con el proveedor de servicio de atención al cliente local. Las condiciones de la garantía pueden diferir en algunos países. Póngase en contacto con el proveedor de servicio de atención al cliente para conocer los términos de la garantía.

El uso del instrumento de una manera diferente a la descrita en este manual puede ocasionar el funcionamiento incorrecto. La garantía se limita a los defectos y materiales atribuidos a un fallo o defecto del dispositivo Provizio SEM Scanner.

La garantía no se extiende a Productos Garantizados o partes de estos que: (a) han sido objeto de uso indebido, abandono o accidente, (b) han sufrido daños por causa externas al Producto Garantizado, (c) se han utilizado en incumplimiento de las Instrucciones de Uso de Bruin Biometrics LLC, (d) se les ha quitado el número de serie o es ilegible, (e) han sido modificados por cualquier persona diferente a Bruin Biometrics LLC o su centro de servicio autorizado, a menos que fuera autorizado antes de realizar dicha modificación por parte de Bruin Biometrics LLC, (f) fueran equipos vendidos como usados, o (g) que estuvieran expuestos a los agentes enumerados en Tabla 1, a continuación. La Tabla 1 no es una lista exhaustiva de agentes que podrían comprometer la integridad del dispositivo Provizio SEM Scanner.

Efecto grave - NO Recomendado

Benceno	Ciclohexano	Queroseno	Ácido Nítrico - 70 %
Tetracloruro de carbono	Cloroetano	Tricloroetileno	Tetracloroetileno
Clorobenceno	Freón	Laca	Tolueno
Cloroformo	Gasolina sin plomo	Nafta	Xileno






















Tabla 1 Agentes que nunca se deben utilizar con Provizio SEM Scanner

Nota: Ningún distribuidor, mayorista o cualquier otra parte tiene autorización para otorgar garantías en representación de Bruin Biometrics LLC ni para asumir otra responsabilidad relacionada con Provizio SEM Scanner.

El contenido de este Manual de usuario no constituye una garantía.

2.9 Tabla de símbolos

Tabla 2 Tabla de símbolos

Símbolo	Significado
	Número o designación del catálogo del fabricante
	Número de serie
	Numero de lote
	Marca de CE conforme a la Directiva Europea de Dispositivos Médicos.
	Representante autorizado de la Unión Europea
	PRECAUCIÓN: Conforme la legislación federal (EE. UU.), la venta de este dispositivo solo está permitida a petición de un médico u otro profesional de la salud acreditado.
	Se deben seguir en todo momento las instrucciones incluidas.
	Precaución o advertencia
	Deseche este equipo según las normativas locales para el desecho de residuos eléctricos y electrónicos
	Fabricado por
	Equipo a prueba de goteo-IPX1: El cierre del Provizio SEM Scanner ofrece protección contra los efectos perjudiciales causados por la entrada de líquidos. (IPX1, según IEC 60529).
	Pieza aplicada de tipo BF con IEC-60601-1
	Mantener alejado de la luz solar
	Mantener seco
	No lo utilice si el paquete está dañado y el dispositivo dentro parece estar físicamente roto, agrietado o no carga ni se inicia conforme a las instrucciones de uso
	Límites de temperatura (se muestran ejemplos de límites)
	Límites de humedad (se muestran ejemplos de límites)
	Contenido del paquete
	Para uso en un solo paciente
	No estéril
	Dispositivo médico

Nota: Las funciones pueden variar en función de la versión del panel de Gateway instalado.

3. Inicio de sesión

Independientemente de los privilegios que tenga en Gateway, su inicio de sesión comienza del mismo modo.

3.1 Introducción de credenciales

Abra un navegador e introduzca la URL de Gateway en la red de la institución. Esto debería abrir la pantalla de inicio de sesión de Gateway.

Introduzca el nombre de usuario y la contraseña que utiliza para otras aplicaciones en su institución. Haga clic en el botón LOGIN (INICIAR SESIÓN).

3.2 Selección de idioma

La selección de idioma de Gateway muestra el idioma de instalación durante la configuración por parte del administrador. No obstante, cada usuario puede seleccionar el idioma que desee en su inicio de sesión.




Figura 1 Selección del idioma del usuario

Al hacer clic en LOGIN (INICIAR SESIÓN), accederá a la primera pantalla de su rol.

4. Rol clínico

4.1 Lista de pacientes

Esta pantalla muestra una lista de todos los pacientes que actualmente se hallan bajo el cuidado de su institución.

La lista de pacientes está limitada por los derechos de acceso del usuario a la instalación y al pabellón. Estos derechos los establece el administrador del sistema con base en su trabajo y su puesto.

La lista de pacientes muestra por defecto 3 días de datos. Sin embargo, podrá filtrar por intervalo de fechas para ampliar o reducir la lista de pacientes.

También le permite ver datos de pacientes específicos introduciendo el nombre o ID del paciente. Además, puede introducir los nombres o ID de varios pacientes, separados por coma.

Tras cambiar alguna de las opciones, debe hacer clic en «Actualizar datos» para actualizar los datos que aparecen en pantalla.

Puede acceder a más opciones de filtro haciendo clic en el botón Filtro. Esto abrirá una ventana emergente con opciones de filtro.




Figura 2 Pantalla de filtro de la lista de pacientes

Estas son las opciones:

Instalación: le permite filtrar los datos de una instalación individual

Pabellón: le permite seleccionar varios pabellones de los que filtrar los datos

Dispositivos: le permite seleccionar varios dispositivos de los que filtrar los datos – Tenga en cuenta que dispositivo se refiere a escáneres Provizio SEM Scanner individuales

ID de pacientes: le permite introducir varios ID de pacientes de los que filtrar los datos

Tipo de lectura: se puede usar de forma independiente para seleccionar Sacro, Talón derecho o Talón izquierdo

La pantalla de filtro tiene 2 acciones:

Cerrar: para descartar los cambios y cerrar la pantalla de filtro

Aplicar: para aplicar el filtro, cerrar la pantalla y actualizar la lista de pacientes

En la lista de pacientes podrá hacer «Clic» en cualquier fila para ver el Informe del paciente.

4.2 Informe de pacientes

La página Patient Chart (Informe de pacientes) muestra un gráfico de los valores delta durante un período de tiempo que se puede seleccionar con el botón en la parte inferior de la página. Este ejemplo es un gráfico de 2 semanas. La línea naranja es el umbral de 0,6 para un delta procesable, es decir, $\Delta \geq 0,6$. La leyenda de los iconos se muestra en la parte superior de la página.

Al pasar el cursor sobre un icono, se mostrarán los datos numéricos de ese punto de datos.



Figura 3 Datos de punto de datos

Al hacer clic en un icono, aparecerá una ventana emergente con un gráfico de los valores SEM que se tomaron para generar este valor delta.





Figura 4 Valores SEM para un punto de datos

Cierre la ventana del navegador para salir de la sesión.

4.3 Exportar datos

La función Export Data (Exportar datos) permite a los usuarios seleccionar criterios y exportar datos del SEM en formato CSV para las opciones seleccionadas.

Figura 5 Vista de exportación de datos del SEM



La pantalla de Exportación de datos le permite ver los datos según sus selecciones antes de la exportación.

Hay 2 opciones seleccionadas por defecto:

Exportar datos de todos los pacientes

Datos cifrados: (ID y nombre del paciente recomendados y no identificables)

Al exportar los datos de un paciente, aparecerá el mensaje de NO CIFRADO. Se debe contar con las medidas de protección adecuadas para proteger los datos.

En la lista de Exportar datos podrá añadir un intervalo de fechas para ampliar o reducir la lista de pacientes.

También le permite ver datos de pacientes específicos introduciendo el nombre o ID de los pacientes.

Además, puede introducir los nombres o ID de varios pacientes, separados por coma.

Tras cambiar alguna de las opciones, debe hacer clic en «Actualizar datos» para actualizar los datos que aparecen en pantalla.

Puede acceder a más opciones de filtro haciendo clic en el botón Filtro. Esto abrirá una ventana emergente con opciones de filtro.




Figura 6 Filtro de la exportación de datos

Estas son las opciones:

Instalación: le permite filtrar los datos de una instalación individual

Pabellón: le permite seleccionar varios pabellones de los que filtrar los datos

Dispositivos: le permite seleccionar varios dispositivos de los que filtrar los datos – Tenga en cuenta que dispositivo se refiere a escáneres Provizio SEM Scanner individuales

ID de pacientes: le permite introducir varios ID de pacientes de los que filtrar los datos

Tipo de lectura: se puede usar de forma independiente para seleccionar Sacro, Talón derecho o Talón izquierdo.

La pantalla de filtro tiene 2 acciones:

Cerrar: para descartar los cambios y cerrar la pantalla de filtro

Aplicar: para aplicar el filtro, cerrar la pantalla y actualizar la lista de pacientes


La opción «Descargar CSV» solo estará activa si hay alguna fila de datos en la tabla de exportación de datos.

Al hacer clic en “Download CSV” (Descargar CSV), se descargará el archivo (.csv o .zip) en el disco duro del ordenador en la carpeta de descargas. Podrá abrir el archivo en Excel.

Cierre la ventana del navegador para salir de la sesión.

4.4 Edición del nombre del paciente (función configurable)

La función configurable para editar el nombre del paciente sólo está disponible si el administrador del centro ha configurado esta función en la pantalla Administración de Gateway. Permite al usuario añadir o corregir nombres de pacientes, si es necesario.






PATIENT	PATIENT ID	Facility	Ward	LAST READING	SACRUM DELTA	RIGHT HEEL DELTA	LEFT HEEL DELTA
	kdd	F1	W1	03 JUN 2022 19:28:34	0.5		0.3
	jluo	F1	W1	03 JUN 2022 21:06:33	0.5	0.5	0.2
	j01	F1	W1	08 JUN 2022 17:08:32	0.2		0.2

Figura 7 Edición del nombre del paciente (función configurable)

Cuando el usuario hace clic en el icono Editar en la fila de un paciente, aparece una pantalla que le permite añadir o editar el nombre del paciente, si está disponible.



The screenshot shows the PROVIZIO SEM Scanner Gateway interface. On the left is a dark blue sidebar with navigation options: Gateway, Dashboard, Export Data, and Patient Name (selected). The main area is titled 'Patient Name' and contains three input fields: 'Patient ID' with the value 'X002R7XUST', 'First name' with the value 'John', and 'Last name' with the value 'Doe'. Below these fields is a blue 'Update' button.

Figura 7a Pantalla para editar el nombre del paciente (función configurable)

Haga clic en Actualizar para aplicar los cambios. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación.




Figura 7b Confirmación para editar el nombre del paciente (función configurable)

Confirme o cancele la actualización para cerrar el diálogo.

5. Rol de administrador

El Menú de administración contiene varias opciones que permiten gestionar el **panel, las instalaciones, LDAP, la asignación de datos, los dispositivos, la configuración, los ajustes del idioma y las opciones del nombre del paciente.**




Figura 8 Menú de administración

El «menú Ajustes» permite «Activar» la función «Configurable» para la edición del nombre del paciente.




Figura 8a Nombre del paciente

Haga clic en Guardar para aplicar los cambios.

5.1 Panel

El gráfico circular de abajo muestra el desglose de pacientes escaneados mediante Provizio SEM Scanner y que se han identificado como de mayor riesgo ($\Delta \geq 0,6$) en un día concreto.




Figura 9 Gráfico del panel

El gráfico de líneas del análisis muestra el número total de lecturas delta de los pacientes del que aparecen en los análisis del gráfico circular durante los últimos 7 días, clasificados como de bajo riesgo (línea verde, $\Delta < 0,6$) o de mayor riesgo (línea ámbar, $\Delta > 0,6$) día a día.



Figura 9a Gráfico del análisis

Nota: Los datos de las figuras 9 y 9a son datos de ejemplo. Los gráficos son una interpretación de los datos y no representan a datos de pacientes reales.

5.2 Opción de empresa (instalaciones)

La pantalla de instalaciones permite a los usuarios administradores introducir o editar las instalaciones de su institución.

Seleccione el menú de instalaciones para administrar las instalaciones y los pabellones
Para añadir una NUEVA instalación

Haga clic en Añadir instalación para añadir un nuevo registro de instalación. Estos son los datos necesarios:

Nombre de la instalación

Descripción de la instalación

Estado activa/inactiva




Figura 10 Pantalla de añadir instalación

Haga clic en Save (Guardar) para añadir el registro de la instalación e introducir más, si es necesario, siguiendo los pasos anteriores.

Para editar una instalación EXISTENTE

Haga clic en Edit (Editar) instalación para actualizar el registro de una instalación existente. Estos son los datos necesarios:

Nombre de la instalación

Descripción de la instalación

Estado activo/inactivo

Al hacer clic en Update (Actualizar), aparecerá la confirmación de los cambios y se cerrará la pantalla de edición.





Figura 11 Pantalla de editar instalación

Al hacer clic en Wards (Pabellones), los usuarios administradores podrán introducir o editar los pabellones de su institución.



NAME	DESCRIPTION	FACILITY	ACTIVE	ACTIONS
Ward A	Test Ward	FACILITY A	<input checked="" type="checkbox"/>	Edit
WARD A for FACILITY A	This is Test WARD for FAC	FACILITY A	<input checked="" type="checkbox"/>	Edit
WARD B	WARD B for FACILITY B	FACILITY B	<input checked="" type="checkbox"/>	Edit

Figura 12 Pantalla de pabellones

Para añadir un NUEVO pabellón

Haga clic en Añadir pabellón para añadir el registro de un nuevo pabellón. Estos son


los datos necesarios:

Nombre del pabellón

Descripción del pabellón

Nombre de la instalación a la que está asignado el pabellón

Estado activo/inactivo



The screenshot shows the 'Add Ward' form in the PROVIZIO SEM SCANNER Gateway. The form has a sidebar with navigation options: Dashboard, Facilities, LDAP Mapping, Data Mapping, Device Status, Setup, Settings, and Export Data. The main form area is titled 'Add Ward' and contains the following fields: Name (text input), Description (text input), Facility (dropdown menu), an 'Active' checkbox (checked), and a 'Save' button.

Figura 13 Pantalla de añadir pabellón

Haga clic en Save (Guardar) para añadir el registro del pabellón e introducir más, si es necesario, siguiendo los pasos anteriores.

Para editar un pabellón EXISTENTE

Haga clic en Edit Ward (Editar pabellón) para actualizar el registro de un pabellón existente. Estos son los datos necesarios:


Nombre del pabellón

Descripción del pabellón

Nombre de la instalación a la que está asignado el pabellón

Estado activo/inactivo

Al hacer clic en Update (Actualizar), aparecerá la confirmación de los cambios y se cerrará la pantalla de edición.



The screenshot shows the 'Edit Ward' form in the PROVIZIO SEM SCANNER Gateway. The form has a sidebar with navigation options: Dashboard, Facilities, LDAP Mapping, Data Mapping, Device Status, Setup, Settings, and Export Data. The main form area is titled 'Ward A' and contains the following fields: Name (text input with 'Ward A'), Description (text input with 'Test Ward'), Facility (dropdown menu with 'FACILITY A'), an 'Active' checkbox (checked), and an 'Update' button.

Figura 14 Pantalla de editar pabellón

5.3 Asignación de LDAP

Permite a los usuarios administradores aplicar derechos de acceso a los pabellones e instalaciones a los roles de usuario en Asignación de LDAP




Figura 15 Pantalla de asignación de LDAP

El usuario administrador deberá seleccionar en primer lugar el rol LDAP de la institución

A continuación, deberá seleccionar el rol de Gateway para asociarlo al de LDAP

Luego, el usuario administrador deberá seleccionar una o más instalaciones (que podrá buscar) para permitir el acceso al rol de Gateway seleccionado

El usuario administrador deberá seleccionar uno o más pabellones (que podrá buscar) para permitir el acceso al rol de Gateway seleccionado

El botón Save (Guardar) mostrará un mensaje de confirmación y le permitirá hacer más asignaciones si es necesario.

Esta configuración controla cómo verán los usuarios de Gateway a los pacientes de la lista de pacientes o de la lista de exportación de datos. El acceso a las instalaciones y los pabellones limitará la lista de pacientes a los de las instalaciones y pabellones permitidos.

5.4 Asignación de datos

La función Data Mapping (Asignación de datos) permite al usuario corregir cualquier ID de paciente que se haya introducido de forma incorrecta o actualizarlo tras la exploración, ya sea a partir de un ID temporal o un ID permanente.





Figura 16 Asignación de datos

Haga clic en Save (Guardar) para guardar la asignación de datos.

5.5 Estado del dispositivo


En **Device Status List (Lista de estado de dispositivos)** se muestra información de todos los dispositivos activados que incluye **Activation Date (Fecha de activación)**, **MAC Address (Dirección MAC)**, **Serial Number (Número de serie)**, **Last Communication (Última comunicación)**, **Facility (Instalación)**, **Ward (Pabellón)**, **Active Status (Estado activo)** y **Actions (Acciones)**. Todas las columnas se pueden ordenar.



Activation Date	MAC Address	Serial Number	Last Communication	Facility	Ward	Active	Actions
04/23/2021 07:22	F8-F0-05-7B-42-04	JT	08/05/2021 02:51	INACTIVE JT FACILITY	INACTIVE JT WARD	<input type="checkbox"/>	Edit
04/16/2021 02:00	F8-F0-05-7B-3F-5D	2020090009	06/07/2021 04:45			<input checked="" type="checkbox"/>	Edit
04/20/2021 01:25	F8-F0-05-7B-42-25	richard1	07/26/2021 02:13			<input checked="" type="checkbox"/>	Edit
04/23/2021 04:33	F8-F0-05-94-c8-52	20201102032	07/12/2021 12:31			<input checked="" type="checkbox"/>	Edit
04/23/2021 04:36	F8-F0-05-94-c8-96	20200910008	07/01/2021 11:34			<input checked="" type="checkbox"/>	Edit
04/23/2021 04:40	F8-F0-05-94-c8-8F	20200910002	07/01/2021 11:19			<input checked="" type="checkbox"/>	Edit

Figura 17 Estado del dispositivo

Introduzca una palabra clave en el cuadro Search (Buscar) en la esquina superior derecha para mostrar información que coincida con la cadena de búsqueda. Se puede buscar información de todas las columnas.



Activation Date	MAC Address	Serial Number	Last Communication	Facility	Ward	Active	Actions
04/16/2021 02:00	F8-F0-05-7B-3F-5D	2020090009	06/07/2021 04:45			<input checked="" type="checkbox"/>	Edit
04/23/2021 04:36	F8-F0-05-94-c8-96	20200910008	07/01/2021 11:34			<input checked="" type="checkbox"/>	Edit
04/23/2021 04:40	F8-F0-05-94-c8-8F	20200910002	07/01/2021 11:19			<input checked="" type="checkbox"/>	Edit
04/23/2021 04:40	F8-F0-05-a5-e6-7c	20200818056	04/23/2021 04:50			<input checked="" type="checkbox"/>	Edit

Showing 1 to 4 of 4 entries (filtered from 26 total entries)

Figura 18 Resultados de búsqueda de dispositivos

Para añadir un NUEVO dispositivo

Haga clic en Add Device (Añadir dispositivo) para introducir un nuevo dispositivo. Estos son los datos necesarios:

Dirección MAC: sin (:))

Número de serie: podrá encontrarlo en la etiqueta de la parte trasera del dispositivo. Permite el texto libre

Nombre de la instalación (seleccionar de la lista) al que estará asignado el dispositivo

Nombre del pabellón (seleccionar de la lista) al que estará asignado el dispositivo

Estado activo/inactivo



Figura 19 Añadir dispositivo

Haga clic en Save (Guardar) para añadir el dispositivo.

Para editar un dispositivo EXISTENTE

Haga clic en Edit Device (Editar dispositivo) para editar un dispositivo existente. Estos son los datos necesarios:

Dirección MAC: sin (:))

Número de serie: podrá encontrarlo en la etiqueta de la parte trasera del dispositivo. Permite el texto libre

Nombre de la instalación (seleccionar de la lista) al que estará asignado el dispositivo

Nombre del pabellón (seleccionar de la lista) al que estará asignado el dispositivo

Estado activo/inactivo



Figura 20 Actualizar dispositivo

Haga clic en el botón Update (Actualizar) para actualizar el dispositivo.

5.6 Configuración

La pantalla Setup (Configuración) muestra **Database Info (Información de la base de datos)** y **LDAP info (Información de LDAP)** para los datos **Server Address (Dirección de servidor)**, **Server Port (Puerto de servidor)**, **Username (Nombre de usuario)** y **Password (Contraseña)** establecidos inicialmente.

Figura 21 Pantalla de información de la base de datos y LDAP

Aquí no se pueden realizar modificaciones, pero si quiere asegurarse de que los datos de **Database Info (Información de la base de datos)** son correctos, haga clic en el botón azul **Test DB Connection (Probar conexión de la base de datos)** y/o **Test LDAP Connection (Probar conexión de LDAP)** en la parte inferior izquierda. Si es correcto, aparecerá un mensaje de confirmación en la parte superior derecha.



Figura 22 Prueba de conexión correcta de la base de datos y LDAP

Nota: Esta es una pantalla de solo lectura en la que un usuario administrador puede comprobar la conexión, pero el usuario no puede cambiar ningún dato de configuración.

5.7 Configuración

La página **Settings (Ajustes)** permite al usuario configurar el idioma predeterminado de Gateway. Esta configuración se utilizará en todo el sitio para cualquier usuario, a menos que el usuario la cambie para una sesión en concreto.




Figura 23 Pantalla de ajustes

Seleccione el idioma que desee.

Haga clic en el botón **Save (Guardar)** para guardar la configuración.

5.8 Exportar datos

La función **Export Data (Exportar datos)** permite a los usuarios seleccionar criterios y exportar datos del SEM en formato CSV para las opciones seleccionadas.




Figura 24 Vista de exportación de datos del SEM

La pantalla de Exportación de datos le permite ver los datos según sus selecciones antes de la exportación.

Hay 2 opciones seleccionadas por defecto:

Exportar datos de todos los pacientes

Datos cifrados: (ID y nombre del paciente recomendados y no identificables)

Al exportar los datos de un paciente, aparecerá el mensaje de NO CIFRADO. Se debe contar con las medidas de protección adecuadas para proteger los datos.

En la lista de Exportar datos podrá añadir un intervalo de fechas para ampliar o reducir la lista de pacientes.

También le permite ver datos de pacientes específicos introduciendo el nombre o ID del paciente. Además, puede introducir los nombres o ID de varios pacientes, separados por coma.

Tras cambiar alguna de las opciones, debe hacer clic en «Actualizar datos» para actualizar los datos que aparecen en pantalla.

Puede acceder a más opciones de filtro haciendo clic en el botón Filtro. Esto abrirá una ventana emergente con opciones de filtro.




Figura 25 Pantalla de filtro de exportación

Estas son las opciones:

Instalación: le permite filtrar los datos de una instalación individual

Pabellón: le permite seleccionar varios pabellones de los que filtrar los datos

Dispositivos: le permite seleccionar varios dispositivos de los que filtrar los datos – Tenga en cuenta que dispositivo se refiere a escáneres Provizio SEM Scanner individuales

ID de pacientes: le permite introducir varios ID de pacientes de los que filtrar los datos

Tipo de lectura: se puede usar de forma independiente para seleccionar Sacro, Talón derecho o Talón izquierdo

La pantalla de filtro tiene 2 acciones:

Cerrar: para descartar los cambios y cerrar la pantalla de filtro

Aplicar: para aplicar el filtro, cerrar la pantalla y actualizar la lista de pacientes

La opción «Descargar CSV» solo estará activa si hay alguna fila de datos en la tabla de exportación de datos.

Al hacer clic en "Download CSV" (Descargar CSV), se descargará el archivo (.csv o .zip) en el disco duro del ordenador en la carpeta de descargas. Podrá abrir el archivo en Excel.

5.9 MIRTH (interfaz HL7)

La opción de menú MIRTH permite al administrador configurar el servidor MIRTH y sus opciones. También permite al administrador probar la conexión con el servidor y actualizarla si cambia la configuración del servidor.




Figura 26 Menú de administración

Estas son las opciones:

PROVIZIO[®]
SEM SCANNER
GATEWAY

- Dashboard
- Facilities
- LDAP Mapping
- Data Mapping
- Patient Name
- Device Status
- Setup
- Settings
- Export Data
- Mirth**

Mirth

Server

IP
52.205.168.117

Port
6661

Test MIRTH Connection

FHIR

End Point
http://52.205.168.117:8088/Observation/

Max Readings By Request
30

Save

Logout

Figura 27 Pantalla Mirth

IP del servidor: la dirección IP del servidor MIRTH

Puerto del servidor: el puerto para comunicarse con el servidor MIRTH

Probar conexión MIRTH: para validar la conectividad

FHIR: punto final para obtener valores delta SEM mediante la API FHIR

Lecturas máx. por petición: limitación de los resultados para mejorar el rendimiento

Guardar: para guardar las opciones configuradas.

Cierre el navegador para salir de la sesión.

6. Resolución de problemas

Si alguna situación no se puede resolver, póngase en contacto con el administrador de su sistema o el departamento de tecnología de la información institucional. Si la situación aún no se puede resolver, póngase en contacto con su especialista de producto o con el servicio de atención al cliente.

Tabla 3 Solución de problemas

Problema	Resolución
Inicio de sesión	
No conozco la URL para conectarme a Gateway.	Póngase en contacto con el administrador del sistema para obtener la URL correcta para la instalación en su institución.
Tengo la URL de Gateway, pero mi navegador no se conecta.	Asegúrese de tener la URL correcta del administrador de su sistema. Compruebe con el administrador del sistema si su ordenador e intranet están configurados para conectarse a esta URL.
Mi inicio de sesión no funciona.	Gateway usa la misma información de inicio de sesión que usted usa para otras actividades. Es posible que no se le haya asignado un rol de Gateway. Solicite al administrador del sistema que verifique que se le ha asignado un rol de Gateway.
Listados de pacientes y datos	
No encuentro a un paciente en la lista.	Es posible que los datos aún no se hayan cargado. Los datos solo se cargan cuando el Provizio SEM Scanner se vuelve a colocar en el centro de carga. Gateway utiliza el ID del paciente introducido/escaneado para obtener el nombre del paciente. Asegúrese de que el ID del paciente se haya introducido correctamente. Antes de poder cargar los datos, todos los escáneres Provizio SEM Scanner deben estar registrados en Gateway. Asegúrese de que el escáner Provizio SEM Scanner aparece en la lista de dispositivos.

Problema	Resolución
Aparece un ID de paciente en la lista, pero no su nombre.	Gateway utiliza el ID del paciente introducido/escaneado para obtener el nombre del paciente. Asegúrese de que el ID del paciente se haya introducido correctamente.
Una exploración de un paciente no aparece en la lista.	<p>Es posible que los datos aún no se hayan cargado. Los datos solo se cargan cuando el Provizio SEM Scanner se vuelve a colocar en el centro de carga.</p> <p>Gateway utiliza el ID del paciente introducido/escaneado para obtener el nombre del paciente. Asegúrese de que el ID del paciente se haya introducido correctamente.</p> <p>Todos los escáneres Provizio SEM Scanner deben estar registrados en Gateway. Asegúrese de que el escáner aparece en la lista de dispositivos.</p>
Listados de dispositivos	
Un Provizio SEM Scanner no aparece en la lista.	Antes de poder cargar los datos, todos los escáneres Provizio SEM Scanner deben estar registrados en Gateway. Asegúrese de que el escáner aparece en la lista de dispositivos.
Configuración de la aplicación	
La prueba de la conexión de la base de datos ha fallado.	Póngase en contacto con su administrador del sistema para asegurarse de que la información de conexión de la base de datos en Gateway es correcta y está actualizada.
La prueba de la conexión del LDAP ha fallado.	Póngase en contacto con su administrador del sistema para asegurarse de que la información de conexión del LDAP en Gateway es correcta y está actualizada.
Cuando, después de escanear a un paciente, coloco el Provizio SEM Scanner en la base de carga, veo una «X».	Inténtelo una o dos veces, ya que puede que la conexión de red sea la causa del problema. Si el problema persiste, póngase en contacto con el administrador del sistema: ellos podrán consultar la guía para obtener el mensaje de error decodificado y solucionar el problema.

Los productos de Bruin Biometrics están protegidos por una o más patentes.

Consulte <https://sem-scanner.com/patents> para obtener más información



Bruin Biometrics, LLC.

10877 Wilshire Blvd, Suite 1600

Los Angeles, CA 90024, EE. UU.

Teléfono (310) 268-9494

Correo electrónico: info@bruinbiometrics.com

Sitio web: www.sem-scanner.com



Emergo Europe B. V.

Prinsessegracht 20 2514 AP, The Hague

Países Bajos

Tel.: +31 70 345 8570



Australian Sponsor

Emergo Australia

Level 20, Tower II

Darling Park 201

Sussex Street

Sydney, NSW 2000

Australia

©2022 Bruin Biometrics LLC o sus filiales. Todos los derechos reservados.